

ВИТЯГ

з матеріалів клінічних випробувань

«Серветок Болотова стерильних»

У відділенні судинної хірургії Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, лікуються пацієнти з патологією вен, обумовлених хронічною венозною недостатністю, або недостатністю кровообігу внаслідок облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, у яких, як ускладнення, з'являються трофічні виразки або рани.

Дана патологія лікується комбінованими методами, що включають реконструктивні операції, рентгенендоваскулярне втручання, судинно-розширюючі препарати та місцеве лікування різними розчинами, серветками, пов'язками і т.п.

Окремо можна казати і про місцеве лікування зазначених хвороб. Саме при такому лікуванні, є сенс та потреба у призначенні та застосуванні «Серветок Болотова стерильних».

В ході клінічних випробувань встановлено:


1. Серветки мають задовільні властивості по гнучкості та міцності при застосуванні, що дає швидко та ефективно застосовувати їх при первинній обробці поранених поверхонь, видалення бруду та використання при перев'язках на округлих, впалих чи випнутих поверхнях та навіть з вузьким рановим каналом.
2. За суб'єктивними відчуттями пацієнтів, при контакті з раною спостерігалось короткочасне пощипування в районі вражених поверхонь.
3. Для фіксації серветок на пошкоджених поверхнях (в разі потреби) придатні будь-які підручні перев'язувальні матеріали.
4. В процесі проведеного лікування, у пацієнтів спостерігалось значне очищення трофічних виразок від некротичних тканин, поява грануляційних тканин та зменшення розмірів трофічних виразок, що призводило до зменшення строків перебування пацієнтів у стаціонарі та швидшого загоєння трофічних виразок, тощо.
5. Відзначається легка доступність та легке розпізнавання тактильно в індивідуальній та інших аптечках за умов обмеженого освітлення.

Таким чином, «Серветки Болотова стерильні» відповідають властивостям, заявленим виробником для використання при наданні допомоги хворим з ранами або трофічними виразками, обумовленими різною патологією або хронічною венозною недостатністю, або недостатністю кровообігу внаслідок облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

Звертаю увагу, що «Серветки Болотова стерильні» можуть застосовуватись при обробці пошкоджених поверхонь за відсутності таких засобів як: йод, бетадин, хлоргексидин, брильянтовий зелений і т.п.

На підставі викладеного, «Серветки Болотова стерильні» можуть бути рекомендовані до застосування у вказаних в інструкції сферах, зокрема для комплектації індивідуальних та будь-яких інших аптечок, сумок санітара, тощо.

Завідувач відділення судинної хірургії
КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР,
експерт зі спеціальності «Судинна хірургія»
Управління охорони здоров'я
Чернігівської обласної
військової адміністрації



С.В. Попов